



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach

OK.272.7.2026

Gliwice, 2026-10-13

Dotyczy: pytania 01-07 do postępowania

Pytanie nr 1 (Część 3 OPZ – Ciepłarka z chłodzeniem i wymuszonym obiegiem powietrza)

Treść pytania: Zamawiający wymaga wniesienia na 2. piętro bez windy. Proszę określić szerokość klatki schodowej i otworów drzwiowych na drodze urządzenia. Ciepłarka wymaganych rozmiarów może mieć głębokość >800 mm, dlatego nie będzie można jej wprowadzić przez otwory drzwiowe szerokości 800 mm bez wykonania dodatkowych czynności demontażu i montażu drzwi i innych elementów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przedstawia poniżej szczegółowe wymiary otworów drzwiowych oraz ciągu komunikacyjnego:

Element ciągu komunikacyjnego	Wymiar
Drzwi wejściowe główne (szerokość)	1,49 m
Drzwi tylne od strony parkingu (szerokość)	1,25 m
Drzwi wejściowe na 2. piętrze (szerokość)	0,80 m
Drzwi do pomieszczeń laboratoryjnych (szerokość)	0,80 m
Szerokość klatki schodowej	2,10 m
Szerokość ciągu komunikacyjnego na schodach	1,14 m

Pytanie nr 2 (Część 6 OPZ – Komora laminarna: V-kształtny wlot powietrza)

Treść pytania: Zamawiający nie określa wymagań dla wlotu powietrza w blacie komory. Proszę zatem o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga, aby komora posiadała V-kształtny wlot powietrza w blacie komory, który znacząco zmniejsza ryzyko zablokowania wlotu powietrza w porównaniu do płaskiego wlotu i zapewnia stabilniejszą barierę powietrzną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby komora laminarna posiadała w V-kształtny wlot powietrza w blacie komory.

Pytanie nr 3 (Część 6 OPZ – Komora laminarna: blat roboczy)

Treść pytania: Czy Zamawiający wymaga, aby komora dostarczona była z blatem dzielonym asymetrycznie na 3 części (środkowa szersza, boczne węższe) w celu łatwego wyjmowania ich do czyszczenia?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie komory



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach
ul. Banacha 4
44-100 Gliwice
+48 32 338 05 00
psse.gliwice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-26493-58203-EAJVB-24

laminarnej wyposażonej w blat roboczy dzielony asymetrycznie na trzy części (część środkowa szersza, części boczne węższe), jako rozwiązanie alternatywne względem blatu jednocześnie określonego w OPZ.

Pytanie nr 4 (Część 7 OPZ – Autoklaw: kółka skrętne)

Treść pytania: Czy autoklaw ma być wyposażony w 4 kółka skrętne z blokadą?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie autoklawu wyposażonego w 4 kółka skrętne z mechaniczną blokadą, pod warunkiem zapewnienia pełnej stabilności i bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz spełnienia pozostałych wymagań określonych w OPZ.

Pytanie nr 5 (Część 7 OPZ – Autoklaw: port walidacyjny)

Czy autoklaw ma być wyposażony w port walidacyjny do podłączenia czujników?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w port walidacyjny do podłączenia czujników.

Pytanie nr 6 (Część 7 OPZ – Autoklaw: monitoring i chłodzenie skroplin)

Treść pytania: Czy autoklaw ma być wyposażony w ciągły monitoring temperatury kondensatu, aby automatycznie uruchomić system chłodzenia kondensatu do temperatury bezpiecznej dla instalacji kanalizacyjnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby autoklaw był wyposażony w system ciągłego monitorowania temperatury kondensatu oraz automatycznego uruchamiania systemu jego chłodzenia.

Pytanie nr 7 (Część 7 OPZ – Autoklaw: wyposażenie dodatkowe)

Treść pytania: Czy w wyposażeniu autoklawu należy dostarczyć również poniższe elementy:

- Sprężarka cichobieżna bezolejowa, 1 szt.
- Pojemnik sterylizacyjny pełny z pokrywą, 375/290 mm z uchwytem i perforacją, 1 szt.
- Demineralizator wody o wydajności 10 L/h ze zbiornikiem ciśnieniowym min. 40 L umożliwiającym płynną pracę autoklawu z przyłączem do autoklawu, 1 kpl.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, z wyposażeniem autoklawu należy dostarczyć:

1. Sprężarka cichobieżna bezolejowa – 1 szt.
2. Pojemnik sterylizacyjny pełny z pokrywą, o wymiarach 375/290 mm, z uchwytem i perforacją – 1 szt.
3. Demineralizator wody o wydajności 10 l/h, ze zbiornikiem ciśnieniowym o pojemności minimum 40 l, wraz z przyłączem do autoklawu – 1 komplet.

Arleta Mrugała

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach

/dokument podpisano elektronicznie/

2026-10-13